文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	微量离心管，2.0ml，圆底，连盖			产品货号	GC01-0020
包装规格	500 个/袋，10 袋/箱			生产批号	21012208
生产日期	2021.01.22	有效期至	2026.01.21	检验日期	2021.01.23
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2021.01.24

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	表面光洁，不缺胶、缩水，平整不变形，无明显黑点	符合规定
		无划痕裂迹、料花、杂料、油污、手印、气泡和飞边	
		管体透明，计量刻度准确，字迹清楚，线条清晰	
		塑料盖无胶丝、胶屑、外来杂质	
2	离心力	耐受离心力 25000xg,离心时间 30min	符合规定
		离心后，管体应不变形、不破裂	
3	壁厚	锥底中部壁厚≥0.75	符合规定
4	容量误差	应控制在标示容量的±3%范围内	符合规定
5	装配与密封性能	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象	符合规定
		管体密封性能良好，操作中无液体泄露	
6	耐高温耐高压性能	放入高压消毒器，经 121℃30min 后，应无变形与损伤	符合规定
7	耐低温性能	放入－80℃冰箱中，放置 24h 后，应无变形与损伤	符合规定
检验结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王欣新	确认人：	张相平
咨询热线：(+86) 400-996-8872				
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2021.01.24	日期：	2021.01.24
http://www.genever-bio.com				