

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		微量离心管，1.5ml，锥形底		产品货号		GC01-0015			
包装规格		500 个/袋，10 袋/箱		生产批号		250125004			
生产日期		2025. 01. 25	有效期至	2030. 01. 24	检验日期	2025. 01. 26			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 01. 27			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	表面应光洁，不缺胶、缩水，平整不变形，无明显黑点				符合规定			
		无划痕裂迹、料花、杂料、油污、手印、气泡和飞边							
		管体透明，计量刻度准确，字迹清楚，线条清晰							
		塑料盖无胶丝、胶屑、外来杂质							
2	离心力	耐受离心力 25000xg, 离心时间 30min				符合规定			
		离心后，管体应不变形、不破裂							
3	壁厚	锥底中部壁厚≥0.75				符合规定			
4	容量误差	应控制在标示容量的±3%范围内				符合规定			
5	装配与密封性能	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象				符合规定			
		管体密封性能良好，操作中无液体泄露							
6	耐高温耐高压性能	放入高压消毒器，经 121℃30min 后，应无变形与损伤				符合规定			
7	耐低温性能	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，应无变形与损伤				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2025. 01. 27		日期：		2025. 01. 27	
http://www.genever-bio.com									